



Jasło, dnia 14.05.2018 r.

znak sprawy: PN/13/2018

**UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO**

**WYJAŚNIENIE DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wyposażenia pomieszczeń dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Szpital Specjalistyczny w Jasle jako Zamawiający informuje, iż złożone zostały pisemne zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. wyżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ

Pytanie 1.

Pakiet nr IV

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podział pakietu nr 4 na części i wyodrębnienie pakietu na meble stałe i mobilne ze stali nierdzewnej obejmujące pozycje: 1-7, 9-19, 24-37, 47. Wyrażenie zgody na powyższe rozwiązanie będzie korzystne dla Zamawiającego. Umożliwi złożenie oferty przetargowej większej liczbie podmiotów (w tym Producentom mebli ze stali nierdzewnej), co z kolei przełoży się na większą konkurencyjność złożonych ofert czyli (uzyskanie niższych cen).

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż wydzieli pozycje 17, 20-25, 27-33, 35 do pakietu IVA.

Pytanie 2.

Pakiet nr IV, poz. 3 stół roboczy ze stali nierdzewnej:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wykonanego z profili 30x30x1,2mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3.

Pakiet nr IV, poz. 3 stół roboczy ze stali nierdzewnej:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie blatu o grubości blachy 1,2mm, usztywniony od spodu elementami metalowymi?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4.

Pakiet nr IV, poz. 4 Stelaż podwójny ze stali nierdzewnej o poj. 120l

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stelaża o wymiarach (dłxszxwys) w mm: 860x580x1050mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5.

Pakiet nr IV, poz. 5 Wózek uniwersalny z blatem roboczym i dolną półką:

Prosimy o potwierdzenie, czy wózek ma być wyposażony w rączkę (uchwyt) do prowadzenia? Jeżeli tak, to czy podane wymiary wózka dotyczą blatu czy wymiarów całkowitych (np. łącznie z rączką, odbojnikami)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje że wózek ma być wyposażony w uchwyt do prowadzenia. Wymiary dotyczą blatu i wysokości całkowitej (bez uchwyty, odbojników).

Pytanie 6.

Pakiet nr IV, poz. 7 szafka na buty

Prosimy o potwierdzenie, czy szafka ma być wyposażona w nóżki 140mm z możliwością regulacji celem wypoziomowania czy ma być bez nóżek? Jeżeli ma być wyposażona w nóżki, to prosimy o potwierdzenie, że podana wysokość szafki nie uwzględnia wysokości nóżek.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szafka ma być wyposażona w nóżki min. 100mm z możliwością regulacji celem wypoziomowania. Zamawiający potwierdza, że podana wysokość szafki nie uwzględnia wysokości nóżek

Pytanie 7.

Pakiet nr IV, poz. 10 stół do bielizny z podświetlanym blatem:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wykonanego z profili 30x30x1,2mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8.

Pakiet nr IV, poz. 10 stół do bielizny z podświetlanym blatem:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie blatu wykonanego ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 z podświetlanym fragmentem blatu o powierzchni minimum 20% powierzchni całego stołu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9.

Pakiet nr IV, poz. 11 Stelaż z pokrywą na worki

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stelaża o wymiarach (dłxszxwys) w mm: 415x580x1050mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10.

Pakiet nr IV, poz. 12 Stanowisko do kontroli i pakowania

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie blatu oraz półek nadstawki wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11.

Pakiet nr IV, poz. 13 Wózek do składania i transportowania arkuszy papieru

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, którego konstrukcja wykonana jest z

profilu zamkniętych o przekroju kwadratowym?

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z dostarczenia poz. 13 Wózek do składania i transportowania arkuszy papieru.

Pytanie 12.

Pakiet nr IV, poz. 15 Stół roboczy, pojedynczy blat „ciepły” laminowany

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej niemalowanej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13.

Pakiet nr IV, poz. 16 wózek do transportu, pojemność 6 STE


Czy Zamawiający zaakceptuje wózek o wymiarach zewnętrznych 680x680x1240mm, mieszczący 3 kosze o pojemności 1 wielkości wsadu?

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje wózek mieszczący 3 kosze o pojemności 1 wielkości wsadu.

Pytanie 14.

Pakiet nr IV, poz. 16 wózek do transportu, pojemność 6 STE

Czy Zamawiający zaakceptuje wózek wyposażony w pojedyncze drzwi? Konstrukcja wózka nie wymaga wyposażenia go w drzwi podwójne. Poniżej poglądowa wizualizacja:



Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje wózek wyposażony w pojedyncze drzwi.

Pytanie 15.

Pakiet nr IV, poz. 17 regał listwowy naścienny

Czy Zamawiający zaakceptuje regał o konstrukcji (listwy) wykonanej z profili 30x30x1,2mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż rezygnuje z regału w poz. 17 pakietu IVA na rzecz regału z pełnymi półkami zgodnie z opisem w załączniku nr 2 – OPZ.

Pytanie 16.

Pakiet nr IV, poz. 25 wózek do worków foliowych 60l

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stelaża wg poniższego opisu?

Stelaż do worków foliowych 60l - pojedynczy, z pokrywą. Wózek wyposażony w obręcz na worek oraz pokrywę satynową matową (standardowo) lub polerowaną (świecącą) lub tworzywową (kolor: czerwona, niebieska, czarna, biała) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszoną nożnie. Możliwość wyboru pokrywy, która po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90° (standardowo otwarcie na 83°). Na obręczy - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), wyposażony w pokrywę wolnoopadającą (spowalniacz). Wymiary: 400x510x710 mm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 17.

Pakiet nr IV, poz. 26 regał listwowy naścienny

Czy Zamawiający zaakceptuje regał o konstrukcji (listwy) wykonanej z profili 30x30x1,2mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż rezygnuje z regału w poz. 26 pakietu.

Pytanie 18.

Pakiet nr IV, poz. 27 Krzesło obrotowe z podnóżkiem

Prosimy o określenie, czy krzesło obrotowe ma być wyposażone w regulację pneumatyczną (ręczną) czy hydrauliczną (za pomocą pedału nożnego)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza regulację pneumatyczną lub hydrauliczną.

Pytanie 19.

Pakiet nr IV, poz. 28 stolik zabiegowy:

Prosimy o potwierdzenie, czy podane wymiary wózka dotyczą blatu czy wymiarów całkowitych (np. łącznie z rączką, odbojnikami)?

Odpowiedź: Podane wymiary dotyczą wymiarów całkowitych.

Pytanie 20.

Pakiet nr IV, poz. 28 stolik zabiegowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika o wymiarach blatu: 650x400mm i wymiarach zewnętrznych: 765x470x880mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 21.

Pakiet nr IV, poz. 29 stolik zabiegowy ze stali nierdzewnej:

Prosimy o potwierdzenie, czy podane wymiary wózka dotyczą blatu czy wymiarów całkowitych (np. łącznie z rączką, odbojnikami)?

Odpowiedź: Podane wymiary dotyczą wymiarów całkowitych.

Pytanie 22.

Pakiet nr IV, poz. 29 stolik zabiegowy ze stali nierdzewnej:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika o wymiarach blatu: 1200x650mm i wymiarach zewnętrznych: 1315x720x880mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 23.

Pakiet nr IV, poz. 30 wózek do dezynfekcji narzędzi:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wg poniższego opisu:


Stolik do materiałów medycznych i instrumentów chirurgicznych z pojemnikiem z pokrywą. Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wyrób wyposażony w dwa blaty zagłębione oraz uchwyt do prowadzenia umieszczony z jednej strony, przy krótszym boku. W górnym blacie umieszczony jeden wyjmowany pojemnik z pokrywą wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) - pokrywa z uszczelką. Wymiary zewnętrzne pojemnika (dłxszxgł) w mm: 325x176x200 mm. Wymiary wewnętrzne pojemnika (dłxszxgł) w mm: 300x150x200. Błat górny - zagłębiona taca wyjmowana, dolny montowany na stałe. Odległość między blatami wynosi 640 mm (pomiędzy półką a GN 470mm). Błat dolny umieszczony na wysokości 150 mm od podłoża. Podstawa na czterech kółkach fi 80 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne: 860x440x850 mm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr IV, poz. 32 wieszak fartuchów ołowianych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wg poniższego opisu:

Regał na 5-6 fartuchów RTG, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podstawa na czterech kółkach fi 100 mm (dwa koła z blokadą). Regał wykonany z profili 30x30x2.0mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wyposażenie: 5-6 wieszaków wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 specjalnie zaprojektowanych pod fartuchy radiologiczne. Wymiary: 565x565x1600 mm. Poniżej poglądowa wizualizacja:



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 24.

Pakiet nr IV, poz. 47 Wózek z dwoma półkami, otwarty do transportu materiałów wewnątrz budynku:

Prosimy o potwierdzenie, czy podane wymiary wózka dotyczą blatu czy wymiarów całkowitych (np. łącznie z rączką, odbojnikami)?

Odpowiedź: Podane wymiary dotyczą wymiarów całkowitych.

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Ekonomicznych
Szpitala Specjalistycznego w Jasle
mgr Zbigniew Betlej