

Jasło, dnia 19.06.2018r.

znak sprawy: PN/18/2018

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO**

**WYJAŚNIENIE DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa aparatury i urządzeń medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) Szpital Specjalistyczny w Jasle jako Zamawiający informuje, iż złożone zostały pisemne zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. wyżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ

Pytanie 1.

Czy Zamawiający z postępowania „Dostawa aparatury i urządzeń medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle” pakiet nr 1 wyodrębni do osobnego pakietu Instrumentarium Urologiczne w pkt. 112 – 149?

Tor wizyjny (laparoskop) oraz narzędzia laparoskopowe w znacznym stopniu zawężają możliwość konkurencji wskazując na rozwiązania tylko jednego Wykonawcy. Przykładem jest np.: Optyka Laparoskopowa typu „Hopkins” – (nazwa własna).

Uzasadnienie: Pakiet zawiera kompletny laparoskop wraz z zestawem narzędzi laparoskopowych oraz kpl. narzędzi Urologicznych. Wyodrębnienie do osobnego pakietu narzędzi Urologicznych umożliwi Wykonawcom nie spełniającym wymogów zestawu laparoskopowego zaoferowanie równoważnych, a nawet sklasyfikowanych wyżej technologicznie endoskopów „kpl. Resektoskop, kpl. Ureterorenoskop, kpl. Nefroskop”.

Wykonawca jednocześnie gwarantuje kompatybilność z torem wizyjnym z omawianego pakietu, zestawów narzędzi Urologicznych renomowanej Niemieckiej firmy, będącej liderem w dziedzinie endoskopii Urologicznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyodrębni do osobnego pakietu Instrumentarium Urologicznego.

Pytanie 2.

Dotyczy: Pakiet V - Wózek transportowy – 7 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w zintegrowane, opuszczane barierki boczne wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, wykończone estetycznym tworzywem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści wózek nie posiadający uchwytów do aparatu tlenowego / aparatu do odsysania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści wózek nie posiadający uchwytu na kartę informacyjną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuści wózek nie posiadający nakładek na barierki boczne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6.

Dotyczy: Pakiet VI – poz. 2 Stolik do rozkładania narzędzi – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści stół wykonany ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający dopuści stół posiadający podstawę w kształcie litery T z trzema podwójnymi kółkami o średnicy 100 mm?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8.

do Zadania nr VII poz.2

Czy zamawiający kierując się chęcią uzyskaniem jak najkorzystniejszej ceny wydzieli pozycje nr 2 do osobnego pakietu co pozwoli nam zaoferować produkt opisany w SIWZ , którego jesteśmy wyłącznym dystrybutorem na terenie kraju?

Zdjęcie poglądowe poniżej



Odpowiedź: Zamawiający wydzieli pozycje nr 2 z pakietu VII do osobnego pakietu tj. pakietu VIIa.

Pytanie 9.

Pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy bez pasów bezpieczeństwa??

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10.

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy o dopuszczalnym obciążeniu 200 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11.

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z regulacją wysokości w zakresie 460-800 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12.

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z Trendelenburgiem i anty-Trendelenburgiem regulowanym ręcznie za pomocą dźwigni (sprężyna gazowa)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13.

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z barierkami bocznymi ze stali węglowej, lakierowanymi proszkowo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14.

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z miejscem w podstawie wózka na aparat tlenowy/aparat do odsysania zamiast uchwytu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15.

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy bez nakładki na barierki boczne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16.

Część nr 5 – Wózek transportowy – 7 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy 2-segmentowy z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 580-910mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy wyposażony w składane barierki boczne wykonane ze stopu aluminium?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy wyposażony w barierki boczne bez dodatkowych nakładek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19.

Pakiet nr 8 – Aparat USG stosowany do znieczuleń przewodowych

Dotyczy pkt. 11

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG o wysokości 26 cm? Wysokość aparatu jest zależna od zdejmowanego panelu dotykowego, który można bezprzewodowo przenosić do miejsca badania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20.

Dotyczy pkt. 15

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG którego możliwość pracy na w pełni naładowanej baterii wynosi 1 godzinę? Jest to pełna praca urządzenia wykorzystująca wszystkie opcje. Czas pracy może zostać wydłużony i jest uzależniony od trybów pracy, Dopplerów, itd...

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21.

Dotyczy pkt. 17

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający 1 port USB i nie posiadający Express Card?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22.

Dotyczy pkt. 18

Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy aparatu USG z monitorem i głowicami, które można dezynfekować środkami typu: Cleanisept Wipes, Acecide, Anioxyde 1000, T-Spray, T-spray II, Korsorex Extra, Sekusept Easy, Gigaspet AF forte, Wavicide-01, Incidin Foam, Microbac Tissue.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23.

Dotyczy pkt. 27

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG o przekątnej ekranu 29 cm? Oferowany ekran jest w pełni dotykowy a tak mała różnica nie wpływa w żaden sposób na jakość obrazowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24.

Dotyczy pkt. 35

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG nie posiadający części dydaktycznej pozwalającej na wyświetlanie na ekranie pełnych procedur mających zastosowanie w blokadach przewodowych a także w procedurach BLUE, FAST, FEEL. Wyświetlanie pozycji pacjenta, anatomii oraz referencyjnego obrazu sonoanatomicznego oraz proponowaną technikę prowadzenia igły?

Oferowany aparat posiada pełną diagnostykę procedur stosowanych w blokadach przewodowych a także w procedurach BLUE,FAST,FEEL.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 25.

Dotyczy pkt. 36

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z możliwością nagrywania plików video o długości 10 s jako pojedynczy plik, natomiast aparat umożliwia zgrywanie pętli filmowych na zewnętrzny system np. DVD, HDD, itd...

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 26.

Dotyczy pkt. 37 i 38

Prosimy do dopuszczenie głowic, które można dezynfekować środkami typu: Cleanisept Wipes, Acecide, Anioxyde 1000, T-Spray, T-spray II, Korsorex Extra, Sekusept Easy, Gigaspet AF forte, Wavicide-01, Incidin Foam, Microbac Tissue.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27.

Dotyczy pkt. 39

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez stolika jezdneho? Oferowany aparat jest wykonany w formie tableta, stąd nie ma potrzeby dokładać stolika.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 28.

Dotyczy pkt. 40 i 42

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG nie mający jako wyposażenia dodatkowego stymulatora nerwów oraz bez systemu mocowania VESA ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 29.

Dotyczy pkt. 41

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat Usg nie posiadający jako wyposażenia dodatkowego fantoma z możliwością kontroli igły zawierającego struktury naczyniowe i nerwowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 30.

Dotyczy:

Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa aparatury i urządzeń medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Pakiet II – Stół operacyjny przezierny z koniecznymi przystawkami

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny którego ciężar wynosi 360 kg? Taki ciężar daje nam pewność stabilnego posadowienia na podłożu podczas zabiegów, a przy tym stół wyposażony jest w cztery skrętne podwójne duże koła co daje nam łatwą możliwość jego przemieszczania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny wyposażony w dzielone podnóżki z możliwością manualnej regulacji w dwóch opcjach, ustawienia równoległe oraz odwiedzenia na boki pod kątem 60° każdy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z regulacją pozycji Trendelenburga i AntyTrendelenburga w zakresie +/-36°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania płytę do przenoszenia pacjenta o wymiarach 1800x500mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania płytę do przenoszenia pacjenta o długości 1100mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania zaciski do profili prostokątnych i kwadratowych do 20x20mm montowane do szyn bocznych płynnie z blokadą za pomocą śruby dającą pewność montażu i gwarancje nie przemieszczania się akcesoriów podczas ruchów stołu oraz płynną regulacją w pionie blokową śrubą metryczną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania zacisk z mechanizmem śrubowym i mocowaniem bezśrubowym na szynie bocznej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania półkę typu stolik (w kształcie klepsydry) o wymiarach 700x500mm z pojedynczym zaciskiem do montażu na szynie bocznej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38.

Czy Zamawiający Dopuści do postępowania półkę typu stolik do operacji ręki prostokątny o wymiarach 800x350mm montowany do szyn bocznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania podporę bariatryczną z ręczną regulacją wysokości oraz przegubem kulowym pozwalającym na ustawienie jej w każdej płaszczyźnie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przystawkę ortopedyczną wyposażoną w płytę miednicową wykonaną z włókna węglowego z dwoma otworami do pozycjonowania kołka kroczonego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przystawką ortopedyczną wyposażoną w uchwyty do mocowania unitów wyciągowych z możliwością regulacji nogi pacjenta w pionie pozostałe parametry według wymagań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42.

Stół operacyjny przezierny, uniwersalny z koniecznymi przystawkami

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny którego ciężar wynosi 360 kg? Taki ciężar daje nam pewność stabilnego posadowienia na podłożu podczas zabiegów, a przy tym stół wyposażony jest w cztery skrętne podwójne duże koła co daje nam łatwą możliwość jego przemieszczania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny wyposażony w dzielone podnóżki z możliwością manualnej regulacji w dwóch opcjach, ustawienia równoległe oraz odwiedzenia na boki pod kątem 60° każdy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z regulacją pozycji Trendelenburga i AntyTrendelenburga w zakresie +/-36°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania zaciski do profili prostokątnych i kwadratowych do 20x20mm montowane do szyn bocznych płynnie z blokadą za pomocą śruby dającą pewność montażu i gwarancje nie przemieszczania się akcesoriów podczas ruchów stołu oraz płynną regulacją w pionie blokowaną śrubą metryczną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46.

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

W związku z tym, iż dokument JEDZ składany jest w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, prosimy o potwierdzenie, że złożenie pełnomocnictwa również w takiej samej formie, wysłanego razem z dokumentem JEDZ będzie uznane za wystarczające.

Z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 78(1) par. 2 k.c. (Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej), wobec brzmienia art. 99 par. 1 k.c. (jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie), wydaje się (co potwierdza liczne orzecznictwo), że w przypadku kiedy dokument JEDZ jest składany w formie szczególnej (elektronicznej z podpisem kwalifikowanym) to również pełnomocnictwo dla osoby podpisującej JEDZ powinno być podpisywane przez osoby posiadające pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym. Z uwagi na powyższe zwykła forma pisemna pełnomocnictwa może być bowiem uznana za niewystarczającą.

Odpowiedź: Zamawiający uzna za wystarczające.

Pytanie 47.

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy w okresie gwarancyjnym, trwającej dłużej niż 7 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu.

Pytanie 48.

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku przedłużającej się naprawy, Zamawiający nie będzie naliczał kary umownej wynikające z zapisu §10 ust. 3b?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 49.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne wynikające z zapisów §10 ust. 3 a), b), e) oraz f) liczone były od wartości sprzętu, którego kara dotyczy?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami.

Pytanie 50.

dotyczące zapisów w formularzu ofertowym pkt. 4: Prosimy o podanie sytuacji finansowo-ekonomicznej Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie poda.

Pytanie 51.

dotyczące zapisów SIWZ, zapisów umowy, oraz opisu przedmiotu zamówienia pakiet 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w PAKIECIE I wyposażenia (np. elementy wózka, ramię, uchwyt itp.), które nie są wyrobami medycznymi - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia z dokumentów o którym mowa w załącznik nr 2 do SIWZ pkt. „wymogi ogólne” podpunkt 6 poz. 9, 10? ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w PAKIECIE I wyposażenia (np. elementy wózka, ramię, uchwyt itp.), które nie są wyrobami medycznymi - stawka VAT 23% i tym samym rezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia z dokumentów o którym mowa w załącznik nr 2 do SIWZ pkt. „wymogi ogólne” podpunkt 6 poz. 9, 10.

Pytanie 52.

dotyczące zapisów umowy paragraf 9 ustęp 2 punkt 1, 2; Celem doprecyzowania zapisów umowy prosimy o potwierdzenie, że naprawy o których mowa w punkcie 2 i usterki o których

mowa w punkcie 1 dotyczą napraw i usterek uznanych jako gwarancyjne? *Naprawy, usterki mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek naprawy urządzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy, co jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 5 KC i art 353¹ KC)*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 53.

dotyczące zapisów umowy paragraf 9 ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby okres rękojmi wynosił 24 miesiące niezależnie od okresu udzielonej gwarancji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54.

dotyczące zapisów umowy paragraf 9 ustęp 14, ustęp 15; Celem doprecyzowania zapisów umowy prosimy o potwierdzenie, że naprawy, wymiana uszkodzonych części o których mowa w ustępie 14 i ustępie 15 dotyczą napraw uznanych jako gwarancyjne? *Naprawy, usterki mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek naprawy urządzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy, co jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 5 KC i art 353¹ KC)*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 55.

dotyczące zapisów SIWZ, umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia pakiet 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzeń fabrycznie nowych, ale wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2017r ? *Nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 56.

dotyczące zapisów SIWZ, umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia pakiet 1, pkt. „Wymogi ogólne odnoszące się do wszystkich pozycji/pakietów..” podpunkt 5 „dokumentacja serwisowa” Czy Zamawiający uzna za spełniającą warunki SIWZ dokumentację zawierającą informacje dot. konserwacji, kontroli oraz diagnostyki i usuwania usterek. Dokumentacja ta opisuje czynności, które producent dopuszcza do wykonania przez użytkownika, bez utraty gwarancji.

Dokumentacja serwisowa jest dokumentem firmowym, wyłącznie do wewnętrznego użycia i nie może być udostępniona użytkownikowi jeżeli nie jest on jednostką autoryzowanego serwisu. Oferowane urządzenia są urządzeniami medycznymi, zaawansowanymi technologicznie w związku z czym wszystkie czynności serwisowe winny być wykonywane przez autoryzowany serwis. Ingerencja serwisu nieautoryzowanego, posługującego się jedynie dokumentacją serwisową może narażać życie i zdrowie pacjentów a także spowodować utratę gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający uzna za spełniającą warunki SIWZ dokumentację zawierającą informacje dot. konserwacji, kontroli oraz diagnostyki i usuwania usterek.

Pytanie 57.

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia PAKIET I POZ. 152: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 58.

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia PAKIET I POZ. 153: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 59.

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia PAKIET I POZ. 154: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 60.

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia PAKIET I POZ. 154: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na wydłużenie podanego terminu do 12 dni roboczych w przypadku napraw wykonywanych poza granicami RP?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 61.

dotyczące zapisów umowy paragraf 10 ustęp 3 punkt „a”, „b”, „e”, „f”: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na dopisanie do umowy zapisu „ale nie więcej niż 10% wartości umowy” ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 62.

Dotyczy: Część 5 wózek transportowy 7 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek wysokiej klasy z leżem 2sekcyjnym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 63.

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2050mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64.

Czy Zamawiający dopuści wózek z bezpiecznym obciążeniem roboczym 230kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65.

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne wykonane ze stali lakierowanej proszkowo z tworzywowymi nakładkami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 66.

Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem o grubości 60mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 67.

Dotyczy pakietu 1 i 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu dostawy na 8 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 68.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części do 14 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 69.

Czy Zamawiający odstąpi od możliwości prezentacji oferowanego sprzętu? Jest to specjalistyczny asortyment produkowany na specjalne zamówienie.

Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi.

Pytanie 70.

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 26 oraz 119

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie manualnej regulacji poziomego odchylenia każdego z segmentu nóg min. 60 °

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 71.

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 39 i 132

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o anulowanie zapisu o prowadnicy kasety RTG na całej długości blatu. Aktualnie w praktyce klinicznej nie stosuje się klisz RTG umieszczanych w prowadnicach stołu. Rolę kasety RTG stanowi cyfrowy detektor rentgenowski w każdym ramieniu C które z jednej strony posiada lampę RTG a z drugiej cyfrowy detektor. Jeśli Zamawiający chce mieć możliwość pracy RTG bez detektora, prosimy o dopuszczenie w zamian za prowadnice RTG w stole, specjalnego uchwyty zastępującego prowadnice. Jest to rozwiązanie dużo tańsze od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 72.

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 41

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie blatu stołu wykonanego z przeziernego tworzywa sztucznego. Tworzywo to nie pozostawia artefaktów na obrazie RTG oraz jest zdecydowanie bardziej wytrzymałe mechanicznie w porównaniu do blatu stołu z włókna węglowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 73.

Dotyczy Pakietu nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wyciągu węglowego przeziernego dla promieni RTG, w którym umiejscowienie kołka kroczonego jest realizowane poprzez regulację miejsca umiejscowienia w dwóch pozycjach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 74.

Dotyczy Pakietu nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wyciągu węglowego przeziernego dla promieni RTG, w którym belki posiadają zintegrowane zawiasy poziome w obydwu belkach sterowane bezstopniowo z wygodną blokadą na rękojeści oraz z belką kończyny operowanej z zawiasem pionowym regulowanym bezstopniowo z tego samego uchwyty z blokadą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 75.

dotyczy zapisów w formularzu ofertowym pkt. 4: Prosimy o podanie sytuacji finansowo-ekonomicznej Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie poda.

Pytanie 76.

dotyczy zapisów SIWZ, zapisów umowy, oraz opisu przedmiotu zamówienia pakiet 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w PAKIECIE I wyposażenia (np. elementy wózka, ramię, uchwyt, itp.), które nie są wyrobami medycznymi - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje

z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia dokumentów, o których mowa w załącznik nr 2 do SIWZ pkt. „wymogi ogólne” podpunkt 6 poz. 9, 10?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w PAKIECIE I wyposażenia (np. elementy wózka, ramię, uchwyt itp.), które nie są wyrobami medycznymi - stawka VAT 23% i tym samym rezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia z dokumentów o którym mowa w załącznik nr 2 do SIWZ pkt. „wymogi ogólne” podpunkt 6 poz. 9, 10.

Pytanie 77.

dotyczy zapisów umowy - paragraf 9 ustęp 2 punkt 1, 2; Celem doprecyzowania zapisów umowy prosimy o potwierdzenie, że naprawy o których mowa w punkcie 2 i usterki, o których mowa w punkcie 1 dotyczą napraw i usterek uznanych jako gwarancyjne.

Naprawy, usterki mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 78.

dotyczy zapisów umowy - paragraf 9 ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby okres rękojmi wynosił 24 miesiące niezależnie od okresu udzielonej gwarancji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 79.

dotyczy zapisów umowy paragraf 9 ustęp 14, ustęp 15; Celem doprecyzowania zapisów umowy prosimy o potwierdzenie, że naprawy, wymiany uszkodzonych części, o których mowa w ustępie 14 i ustępie 15 dotyczą napraw uznanych jako gwarancyjne?

Naprawy, usterki mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 80.

dotyczy zapisów SIWZ, umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia pakiet 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzeń fabrycznie nowych, ale wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2017 roku?

Nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna, bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 81.

dotyczy zapisów SIWZ, umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia pakiet 1, tabela „Wymogi ogólne odnoszące się do wszystkich pozycji/pakietów..” podpunkt 5 „dokumentacja serwisowa”: Czy Zamawiający uzna za spełniającą warunki SIWZ dokumentację zawierającą informacje dot. konserwacji, kontroli oraz diagnostyki i usuwania usterek. Dokumentacja ta opisuje czynności, które producent dopuszcza do wykonania przez użytkownika, bez utraty gwarancji.

Dokumentacja serwisowa jest dokumentem firmowym, wyłącznie do wewnętrznego użycia i nie może być udostępniona użytkownikowi, jeżeli nie jest on jednostką autoryzowanego serwisu. Oferowane urządzenia są urządzeniami medycznymi, zaawansowanymi technologicznie, w związku z czym wszystkie czynności serwisowe winny być wykonywane przez autoryzowany serwis. Ingerencja serwisu nieautoryzowanego, posługującego się jedynie dokumentacją serwisową może narażać życie i zdrowie pacjentów, a także spowodować utratę gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający uzna za spełniającą warunki SIWZ dokumentację zawierającą informacje dot. konserwacji, kontroli oraz diagnostyki i usuwania usterek.

Pytanie 82.

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia PAKIET I POZ. 152: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 83.

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia PAKIET I POZ. 153: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 84.

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia PAKIET I POZ. 154: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 85.

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia PAKIET I POZ. 154: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na wydłużenie podanego terminu do 12 dni roboczych w przypadku napraw wykonywanych poza granicami RP?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 86.

dotyczy zapisów umowy - paragraf 10 ustęp 3 punkt „a”, „b”, „c”, „f”: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na dopisanie do umowy zapisu „ale nie więcej niż 10% wartości umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 87.

dotyczy pakietu I Pkt 140

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wykonawcę, który zaoferuje nóż w rozmiarze 2x355 mm, współpracujący z optyką nefroskopową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 88.

Pytania dot. Szczegółowego opisu zamówienia pakiet nr 5

Pytanie dot. Łóżka transportowego:

poz. 10

Czy zamawiający dopuści wózek min. 3-sekcyjny z hydrauliczną regulacją w zakresie 670-990 mm? Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego i może być uznany za równoważny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 89.

poz. 14

Czy zamawiający dopuści wagę wózka 150kg? Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego i może być uznany za równoważny, jednocześnie pomoże to w zaoferowaniu wózka o korzystniejszej cenie co zwiększy konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 90.

poz.15

Czy zamawiający dopuści obciążenie robocze wózka w wysokości 170 kg? Jest to parametr różniący się od wymaganego, jednakże pomoże to w zaoferowaniu wózka o korzystniejszej cenie co wzbogaci różnorodność ofert, oraz zwiększy ich konkurencyjność.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 91.

poz. 32

Co zamawiający rozumie przez nakładki na barierki boczne i czy dopuści barierki wykonane z metalu?

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogów nakładek i dopuszcza barierki metalowe.

Pytanie 92.

Pakiet V

Wózek transportowy — 7 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie 0° - 65° ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 93.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją wysokości dokonywaną za pomocą dźwigni nożnej hydraulicznej dostępna z obu stron wózka co jest rozwiązaniem korzystniejszym i bardziej funkcjonalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 94.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją przechyłów wzdłużnych (pozycja Trendelenburga / anty Trendelenburga) dokonywaną dźwigni usytuowanej pod leżem od strony nóg pacjenta za pomocą sprężyny gazowej? Dotyczy pkt. 19 i 20

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 95.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek nie posiadający przycisku bezpieczeństwa pozycji Trendelenbutga przy górnym szczycie wózka? Dotyczy pkt. 20

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 96.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z kołami o średnicy 200 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 97.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z wieszakiem kroplówki mocowanym w tulejach wózka bez możliwości składania wieszaka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 98.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez uchwytów do aparatu tlenowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 99.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez uchwytu na kartę informacyjną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 100.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek nie posiadający nakładek na barierki boczne?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 101.

Część (Pakiet) nr 9, 3 Respirator do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej, pkt. 201

Wentylowanie pacjenta Helioxem to rozwiązanie rzadko stosowane w praktyce, czy ze względu na ten fakt, Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, który nie ma możliwości rozbudowy o zasilanie Helioxem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 102.

Część (Pakiet) nr 9, 3 Respirator do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej, pkt. 204

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator zamocowany na wózku z blokadą kół, uchwytem do nawilżacza, wyposażony w szyny boczne do montażu akcesoriów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 103.

Część (Pakiet) nr 9, 3 Respirator do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej, pkt. 205

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator z możliwością mocowania na półce lub kolumnie, wysokością bez podstawy: 53cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 104.

Część (Pakiet) nr 9, 3 Respirator do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej, pkt. 211

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, który wyposażony jest w tryb wentylacji adaptacyjnej chroniącej płuca, który nie wymaga stosowania dedykowanych akcesoriów do jego realizacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 105.

Część (Pakiet) nr 9, 3 Respirator do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej, pkt. 215

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, który wyposażony jest w tryb wentylacji proporcjonalnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 106.

Część (Pakiet) nr 9, 3 Respirator do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej, pkt. 221

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, w którym wdech ręczny wyzwalany jest z poziomu ekranu dotykowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 107.

Część (Pakiet) nr 9, 3 Respirator do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej, pkt. 228

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, który wyposażony jest w oprogramowanie pozwalające na wentylację noworodków?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 108.

Część (Pakiet) nr 9, 3 Respirator do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej, pkt. 235

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, który umożliwia regulację stosunku I:E w sposób pośredni poprzez ustawianie częstotliwości i czasu wdechu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 109.

Część (Pakiet) nr 9, 3 Respirator do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej, pkt. 236

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, w którym czas wdechu jest regulowany w zakresie 0,12 - 15 sekund?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 110.

Część (Pakiet) nr 9, 3 Respirator do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej, pkt. 237

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, w którym czułość wyzwalania ciśnieniem regulowana jest w zakresie 0,1 - 10 cmH₂O?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 111.

Część (Pakiet) nr 9, 3 Respirator do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej, pkt. 240

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, w którym wspomaganie ciśnieniem wdechu regulowane jest w zakresie: 1 - 100 cmH₂O?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 112.

Część (Pakiet) nr 9, 3 Respirator do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej, pkt. 242

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator z regulacją czasu wysokiego/niskiego ciśnienia w trybach /APRV, BILEVEL, DuoPAP/ w zakresie: 0,12 - 15 sekund?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 113.

Część (Pakiet) nr 9, 3 Respirator do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej, pkt. 243

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, w którym przedłużenie fazy wdechu regulowane jest w zakresie 0,5 - 30 sekund?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 114.

Część (Pakiet) nr 9, 3 Respirator do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej, pkt. 245

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, w którym kształt krzywej jest regulowany przez operatora poprzez parametry wentylacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 115.

Część (Pakiet) nr 9, 3 Respirator do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej, pkt. 248

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator z funkcją konfiguracji trybów wentylacji dostępnych z ekranu głównego respiratora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 116.

Część (Pakiet) nr 9, 3 Respirator do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej, pkt. 249

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, który wyposażony jest w wielorazowy, sterylizowany czujnik przepływu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 117.

Część (Pakiet) nr 9, 3 Respirator do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej, pkt. 251, 257, 258, 265

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, który mierzy: Vtrap (objętość uwięziona), MIP, procent minutowej objętości spontanicznej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 118.

Część (Pakiet) nr 9, 3 Respirator do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej, pkt. 252

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, który mierzy: objętość pojedynczego wdechu, wydechu, oddechu spontanicznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 119.

Część (Pakiet) nr 9, 3 Respirator do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej, pkt. 254

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, który wyświetla wartość stosunku I:E przy nastawianiu czasu wdechu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 120.

Część (Pakiet) nr 9, 3 Respirator do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej, pkt. 260

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, który mierzy: podatność statyczną, opory?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 121.

Część (Pakiet) nr 9, 3 Respirator do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej, pkt. 262

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, który mierzy stałą czasową wydechu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 122.

Część (Pakiet) nr 9, 3 Respirator do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej, pkt. 263

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, który mierzy opory?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 123.

Część (Pakiet) nr 9, 3 Respirator do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej, pkt. 268

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator z pomiarem kapnografii w strumieniu głównym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 124.

Część (Pakiet) nr 9, 3 Respirator do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej, pkt. 270

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, który wyświetla pętle: ciśnienie-objętość, objętość-przepływ, przepływ-ciśnienie i ma funkcję pamięci 10 pętli referencyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 125.

Część (Pakiet) nr 9, 3 Respirator do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej, pkt. 274

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, w którym wartości progów alarmów ustawiane są ręcznie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 126.

Część (Pakiet) nr 9, 3 Respirator do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej, pkt. 275

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, który posiada więcej niż trzy stopnie hierarchii alarmów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 127.

Część (Pakiet) nr 9, 3 Respirator do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej, pkt. 279

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator z alarmem niskiej i wysokiej objętości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 128.

Część (Pakiet) nr 9, 3 Respirator do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej, pkt. 286

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator z alarmem wysokiego ciśnienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 129.

Część (Pakiet) nr 9, 3 Respirator do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej, pkt. 299

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, w którym historia alarmów jest zapamiętywana w trendzie tabelarycznym o pojemności 90 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 130.

Część (Pakiet) nr 9, 3 Respirator do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej, pkt. 304

Czy Zamawiający dopuści respirator z nawilżaczem aktywnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 131.



Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ, wymogi ogólne, pkt 2, §27 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odnosi się do mebli w pomieszczeniach podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Czy w przypadku zaoferowania w postępowaniu „PN/5/2018” wyrobu medycznego nie będącego meblem (np. respirator), Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenia, którego powierzchnię można dezynfekować?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 132.

Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ, wymogi ogólne, pkt 5 i 6, stosowne zapisy wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie wymogu dotyczącego dostarczenia dokumentacji serwisowej oferowanych urządzeń lub zgodę na dostarczenie dokumentacji serwisowej po zakończeniu okresu gwarancji. Takie rozwiązanie zagwarantuje, że dostępu do urządzenia nie będą miały osoby nieautoryzowane, które nieświadomie mogłyby dokonać modyfikacji ustawień, prowadzących do narażenia zdrowia lub życia pacjenta lub uszkodzenia urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dokumentacji wskazującej podstawowe parametry urządzenia.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
w Jasle
Michał Burbelka