

Ogłoszenie nr 500190560-N-2018 z dnia 09-08-2018 r.

Jasło:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 99707-N-2018

Data: 06/08/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny, Krajowy numer identyfikacyjny 37044448600000, ul. ul. Lwowska 22, 38200 Jasło, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 437 500, e-mail szpital@szpital.jaslo.pl, faks 134 468 322.

Adres strony internetowej (url): www.szpital.jaslo.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Przeglądy techniczne, naprawa i konserwacja aparatury i sprzętu medycznego, a także kontrola bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego - stała obsługa techniczna dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Jasle: Pakiet 1 - aparatura medyczna, Pakiet 2 - EKG, Pakiet 3 - sprzęt rehabilitacyjny 1, Pakiet 4 - aparaty optyczne, Pakiet 5 - defibrylatory, Pakiet 6 - kardiomonitoring, Pakiet 7 - wirówki, Pakiet 8 - KTG, Pakiet 9 - pulsoksymetry, Pakiet 10 - pompy infuzyjne, Pakiet 11 - autoklawy, Pakiet 12 - pompy Agilia, Pakiet 13 - lampy operacyjne i stoły operacyjne, Pakiet 14 - respiratory, Pakiet 15 - łóżka do intensywnej opieki, Pakiet 16 - monitory i zestaw kardiomonitorów EMTEL, Pakiet 17 - aparaty do krioterapii, Pakiet 18 - aparaty endoskopowe, Pakiet 19 - automatyczny wstrzykiwacz kontrastu, Pakiet 20 - zestaw Holterowski Oxford, Pakiet 21 - aparatura laboratoryjna, Pakiet 22 - aparaty do znieczuleń 1, Pakiet 23 - inkubatory, Pakiet 24 - aparaty do znieczuleń 2, Pakiet 25 - diatermie ERBE Pakiet 26 - inkubatory, pulsoksymetry, Pakiet 27 - ultrasonografy Pakiet 28 - sprzęt rehabilitacyjny 2, Pakiet 29 - pompy infuzyjne Kwapisz, Pakiet 30 - RTG Shimadzu, Pakiet 31 - łóżka porodowe, Pakiet 32 - monitory płodu, Pakiet 33 - fotele ginekologiczne, Pakiet 34 - audiometry, Pakiet 35 - spirometry, Pakiet 36 - defibrylatory, respiratory, ssaki, Pakiet 37 - Kardiomonitoring do IOM, Pakiet 38 - zestaw do artroskopii firmy Stryker, Pakiet 39 - zestaw laparoskopowy firmy Sthorz, Pakiet 40 - sterylizatory, myjnie firmy Getinge, Pakiet 41 - noże harmoniczne firmy Johnson&Johnson 3.1.1. Zakresy wykonywanych prac: - zakres wykonywanych przeglądów technicznych i konserwacji zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową dla poszczególnych urządzeń, - usuwanie awarii i usterek w okresach pomiędzy przeglądami w ramach stawki za konserwację, materiały i części zamienne płatne



2018-08-09, 11:50

oddzielnie, - wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego (zgodnie z PN EN 62353), - czas reakcji serwisu
Wykonawcy: 24 godziny od daty zgłoszenia awarii – dotyczy dni roboczych. W przypadku aparatury tj.
autoklawy (Pakiet 11), czas przystąpienia do naprawy wynosi 12 godzin. - awarie i usterki aparatury i sprzętu
medycznego będą zgłaszane Wykonawcy przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego (telefonicznie
lub faxem), - Wykonawca dokonuje przeglądów, napraw i konserwacji sprzętu medycznego w siedzibie
Zamawiającego przy użyciu własnych materiałów i narzędzi, - W przypadku urządzeń objętych nadzorem przez
Urząd Dozoru Technicznego, Wykonawca odpowiada za właściwe przygotowanie urządzenia i uczestniczenie
podczas rewizji i prób. Zamawiający odpowiednio wcześniej informuje wykonawcę o terminie i zakresie
rewizji i prób. Wykonawca pokrywa koszty związane z uczestnictwem w rewizjach i próbach. W przypadku
niedopuszczenia aparatu do dalszej eksploatacji wskutek niewłaściwego przygotowania do rewizji lub prób,
Wykonawca pokrywa koszty związane z ponownym przeprowadzeniem rewizji lub próby. - koszty dojazdu
pracowników Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, przewozu materiałów i narzędzi oraz przewozu
urządzenia do naprawy w siedzibie Wykonawcy w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie
Zamawiającego w ramach stawki za stałą obsługę techniczną, - wpis w paszporcie technicznym naprawy,
konserwacji, przeglądu z wyznaczeniem daty następnego przeglądu, wymienionych części zamiennych,
zakończony dopuszczeniem danego urządzenia do użytkowania oraz naklejenie naklejek trwałych z datą
następnego przeglądu w widocznym miejscu na urządzeniu. - wydawania orzeczeń technicznych
kwalifikujących urządzenie do wycofania z eksploatacji. - Zaleca się zaoferowanie produktów (części)
oryginalnych tj. produktów zgodnych pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych i
użytkowych w stosunku do sprzętu posiadanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość
zaoferowania produktów równoważnych, tj. posiadających te same lub lepsze parametry techniczne,
jakościowe, funkcjonalne i użytkowe. Jeżeli w wyniku stosowania zaoferowanych przez Wykonawcę
produktów równoważnych (zamienników) do oryginalnych przedstawiciel autoryzowanego serwisu stwierdzi,
że powodem powstania awarii, uszkodzenia sprzętu posiadanego przez Zamawiającego jest stosowanie
materiałów eksploatacyjnych nie zalecanych przez producenta (zaoferowanych przez Wykonawcę produktów
równoważnych) koszty awarii, uszkodzeń wymagających naprawy ponosi Wykonawca. - Wykonawca
zobowiązuje się do wykonywania powierzonych mu usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w
szczególności z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. t.j. z 2017r. poz. 211),
wymaganiami producentów aparatury, dobrą praktyką, sztuką i wiedzą techniczną oraz z należytą starannością.

3.1.2. Wykaz czynności w ramach SOT: ^[4] Zebranie od obsługi informacji dotyczących funkcjonowania
aparatu. ^[4] Ocena stanu technicznego, sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego. ^[4]
Przeglądy techniczne, naprawy, usuwanie usterek. ^[4] Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania urządzenia i
wszelkich jego zabezpieczeń. ^[4] Wpis do paszportu technicznego i naklejenie naklejek.

3.1.3. Dodatkowe
czynności konserwacyjne dla poszczególnych rodzajów urządzeń: Autoklawy: ^[4] Sprawdzenie szczelności i
drożności instalacji ciśnieniowej. ^[4] Płukanie i odkamienianie. Destylatory i wytwornice pary: ^[4] Płukanie i
odkamienianie. Respiratory: ^[4] Sprawdzenie szczelności instalacji tlenowej. ^[4] Sprawdzenie zastawek i
zaworów. Aparaty EKG: ^[4] Czyszczenie i regulacja docisku piórek lub głowicy termicznej. ^[4] Sprawdzenie
zapisu aparatu przy pomocy testera EKG. Inkubatory stacjonarne: ^[4] Sprawdzenie drożności, działania instalacji
nawilżania, nadmuchu i tlenowej /wymiana filtru/. ^[4] Sprawdzenie działania układu nagrzewania, nawilżania i
alarmu inkubatora. Aparatura optyczna i laboratoryjna: ^[4] Czyszczenie i regulacja zaworów. Diatermie: ^[4]

Ocena stanu technicznego i sprawdzenie ciągłości przewodów elektrod.

W ogłoszeniu powinno być: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Przeglądy techniczne, naprawa i konserwacja aparatury i sprzętu medycznego, a także kontrola bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego - stała obsługa techniczna dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Jaśle: Pakiet 1 - aparatura medyczna, Pakiet 2 - EKG, Pakiet 3 - sprzęt rehabilitacyjny 1, Pakiet 4 - aparaty optyczne, Pakiet 5 - defibrylatory, Pakiet 6 - kardiomonitor, Pakiet 7 - wirówki, Pakiet 8 - KTG, Pakiet 9 - pulsoksymetry, Pakiet 10 - pompy infuzyjne, Pakiet 11 - autoklawy, Pakiet 12 - pompy Agilia, Pakiet 13 - lampy operacyjne i stoły operacyjne, Pakiet 14 - respiratory, Pakiet 15 - łóżka do intensywnej opieki, Pakiet 16 - monitory i zestaw kardiomonitorów EMTEL, Pakiet 17 - aparaty do krioterapii, Pakiet 18 - aparaty endoskopowe, Pakiet 19 - automatyczny wstrzykiwacz kontrastu, Pakiet 20 - zestaw Holterowski Oxford, Pakiet 21 - aparatura laboratoryjna, Pakiet 22 - aparaty do znieczuleń 1, Pakiet 23 - inkubatory, Pakiet 24 - aparaty do znieczuleń 2, Pakiet 25 - diatermie ERBE Pakiet 26 - inkubatory, pulsoksymetry, Pakiet 27 - ultrasonografy Pakiet 28 - sprzęt rehabilitacyjny 2, Pakiet 29 - pompy infuzyjne Kwapisz, Pakiet 30 - RTG Shimadzu, Pakiet 31 - łóżka porodowe, Pakiet 32 - monitory płodu, Pakiet 33 - fotele ginekologiczne, Pakiet 34 - audiometry, Pakiet 35 - spirometry, Pakiet 36 - defibrylatory, respiratory, ssaki, Pakiet 37 - Kardiomonitor do IOM, Pakiet 38 - zestaw do artroskopii firmy Stryker, Pakiet 39 - zestaw laparoskopowy firmy Sthorz, Pakiet 40 - sterylizatory, myjnie firmy Getinge, Pakiet 41 - noże harmoniczne firmy Johnson&Johnson 3.1.1. Zakresy wykonywanych prac: - zakres wykonywanych przeglądów technicznych i konserwacji zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową dla poszczególnych urządzeń, - usuwanie awarii i usterek w okresach pomiędzy przeglądami w ramach stawki za konserwację, materiały i części zamienne płatne oddzielnie, - wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego (zgodnie z PN EN 62353), - czas reakcji serwisu

Wykonawcy: max 72 godziny od daty zgłoszenia awarii - dotyczy dni roboczych. W przypadku aparatury tj. autoklawy (Pakiet 11), czas przystąpienia do naprawy wynosi max 48 godzin. - awarie i usterki aparatury i sprzętu medycznego będą zgłaszane Wykonawcy przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego (telefonicznie lub faxem), - Wykonawca dokonuje przeglądów, napraw i konserwacji sprzętu medycznego w siedzibie Zamawiającego przy użyciu własnych materiałów i narzędzi, - W przypadku urządzeń objętych nadzorem przez Urząd Dozoru Technicznego, Wykonawca odpowiada za właściwe przygotowanie urządzenia i uczestniczenie podczas rewizji i prób. Zamawiający odpowiednio wcześniej informuje wykonawcę o terminie i zakresie rewizji i prób. Wykonawca pokrywa koszty związane z uczestnictwem w rewizjach i próbach. W przypadku niedopuszczenia aparatu do dalszej eksploatacji wskutek niewłaściwego przygotowania do rewizji lub prób, Wykonawca pokrywa koszty związane z ponownym przeprowadzeniem rewizji lub próby. - koszty dojazdu pracowników Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, przewozu materiałów i narzędzi oraz przewozu urządzenia do naprawy w siedzibie Wykonawcy w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego w ramach stawki za stałą obsługę techniczną, - wpis w paszporcie technicznym naprawy, konserwacji, przeglądu z wyznaczeniem daty następnego przeglądu, wymienionych części zamiennych, zakończony dopuszczeniem danego urządzenia do użytkowania oraz naklejenie naklejek trwałych z datą następnego przeglądu w widocznym miejscu na urządzeniu. - wydawania orzeczeń technicznych kwalifikujących urządzenie do wycofania z eksploatacji. - Zaleca się zaoferowanie produktów (części) oryginalnych tj. produktów zgodnych pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych w stosunku do sprzętu posiadanego przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych, tj. posiadających te same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe. Jeżeli w wyniku stosowania zaoferowanych przez Wykonawcę produktów równoważnych (zamienników) do oryginalnych przedstawiciel autoryzowanego serwisu stwierdzi, że powodem powstania awarii, uszkodzenia sprzętu posiadanego przez Zamawiającego jest stosowanie materiałów eksploatacyjnych nie zalecanych przez producenta (zaoferowanych przez Wykonawcę produktów równoważnych) koszty awarii, uszkodzeń wymagających naprawy ponosi Wykonawca. - Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania powierzonych mu usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. t.j. z 2017r. poz. 211), wymaganiami producentów aparatury, dobrą praktyką, sztuką i wiedzą techniczną oraz z należytą starannością.

3.1.2. Wykaz czynności w ramach SOT:

- ☐ Zebranie od obsługi informacji dotyczących funkcjonowania aparatu.
- ☐ Ocena stanu technicznego, sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego.
- ☐ Przeglądy techniczne, naprawy, usuwanie usterek.
- ☐ Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania urządzenia i wszelkich jego zabezpieczeń.
- ☐ Wpis do paszportu technicznego i naklejenie naklejek.

3.1.3. Dodatkowe czynności konserwacyjne dla poszczególnych rodzajów urządzeń:

Autoklawy: ☐ Sprawdzenie szczelności i drożności instalacji ciśnieniowej. ☐ Płukanie i odkamienianie. Destylatory i wytwornice pary: ☐ Płukanie i odkamienianie. Respiratory: ☐ Sprawdzenie szczelności instalacji tlenowej. ☐ Sprawdzenie zastawek i zaworów. Aparaty EKG: ☐ Czyszczenie i regulacja docisku piórek lub głowicy termicznej. ☐ Sprawdzenie zapisu aparatu przy pomocy testera EKG. Inkubatory stacjonarne: ☐ Sprawdzenie drożności, działania instalacji nawilżania, nadmuchu i tlenowej /wymiana filtru/. ☐ Sprawdzenie działania układu nagrzewania, nawilżania i alarmu inkubatora. Aparatura optyczna i laboratoryjna: ☐ Czyszczenie i regulacja zaworów. Diatermie: ☐ Ocena stanu technicznego i sprawdzenie ciągłości przewodów elektrod.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-08-14, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2018-08-16, godzina: 11:00,