



SZPITAL SPECJALISTYCZNY w JAŚLE



ISO 9001:2015
9122.SZPI

Znak sprawy: PN/ 7 / 2019

Jaśło, dn. 2019-02-27

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „dostawa obłoża operacyjnych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” Numer sprawy: PN/7/2019.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986) Szpital Specjalistyczny w Jaśle jako Zamawiający informuje, iż złożone zostały pisemne zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. wyżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ.

Pytanie 1 – Czy Zamawiający oczekuje potwierdzonego badaniami bakteriobójczego działania foli z jodoforem w warstwie klejącej?
Odpowiedź nr 1 - Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 2 – Pakiet 2 – Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu składającego się z:

1 x Serweta o wymiarach 263cm x 406cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 13cm x 14cm, zintegrowana z organizatorami przewodów w formie taśmy typu rzep oraz z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 80cm x 100cm z samouszczelniającym się otworem o wymiarach 6cm x 8cm, wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, dwa przylepce w przedniej części służące do zamocowania do serwet operacyjnych i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m².

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30.5 cm x 34 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m²

2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m²

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² oraz dwuwarstwową włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75cm x 190cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m². Absorpcja - chłonność serwet 350% Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%.

Odpowiedź nr 2 - Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 3 – Pakiet 2 – Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu składającego się z:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cmx 260cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8,5cm x 85 cm, wykonana z wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów

1x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m²

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m²

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

-absorpcja - chłonność 350%

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Odpowiedź nr 3 - Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 4 – Pakiet 2 – Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu składającego się z:

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wykonana z wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 75cm x 100cm o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 30cm x 80cm o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2

2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

-absorpcja - chłonność 350%. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Odpowiedź nr 4 - Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 5 – Pakiet 2 – Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu składającego się z:

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wykonana z wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 75cm x 100cm o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 30cm x 80cm o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów

1xserweta samoprzylepna o wymiarach 160cmx180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2

2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

-absorpcja - chłonność 350%. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Odpowiedź nr 5 - Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 6 – Pakiet 2 – Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu składającego się z:

1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym, sztywnikiem i portem do podłączenia drenów wykonaną z transparentnego PE o gramaturze 100 g/m2,

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2. + osobno pakowana serweta w rozmiarze 150 x 180cm?

absorpcja - chłonność 350%. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%.

Odpowiedź nr 6 - Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 7 – Pakiet 2 – Poz. 8: Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na nogi o absorpcji cieczy 350%?

Odpowiedź nr 7 - Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 8 – Pakiet 2 – Poz. 9: Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną pakowaną a'lszt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź nr 8 - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 – Pakiet 3 – Poz. 1-5, 8: Prosimy o dopuszczenie serwety dwuwarstwowej o gramaturze 40g/m2, spełniającej wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013.

Obłożenia chirurgiczne i/lub wyroby medyczne, stosowane są m.in. w celu zapewnienia czystej mikrobiologicznej strefy roboczej wokół rany oraz w celu zmniejszenia przenoszenia flory bakteryjnej skóry pacjenta do rany. Wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013 w tym: odporność na przenikanie drobnoustrojów oraz odporność na penetrację cieczy na poziomie >100 cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho– 50kPa, zapewniają wysokie bezpieczeństwo oraz ochronę pacjenta, jak również wpływają na zminimalizowanie zakażeń i infekcji. Chcemy nadmienić, że serwety dwuwarstwowe o gramaturze 40 g/m² wykonane są z wysokochłonnego polipropylenu typu spunlace oraz nieprzemakalnej folii polietylenowej, co także wpływa na barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla pacjenta.


Nadrzędnym celem produkcji wyrobów medycznych jest wytwarzanie ich w taki sposób aby stosowanie ich nie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów. Ta dbałość została zachowana, gdyż mimo niższej gramatury serwety dwuwarstwowe 40g charakteryzują się podwyższonym poziomem wymagań użytkowych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet dwuwarstwowych o gramaturze 40 g/m².

Odpowiedź nr 9 - Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 10 – Pytanie 1 – Pakiet 3 – Poz. 1-5,8: Czy Zamawiający dopuści serwety o absorpcji cieczy 350%?

Odpowiedź nr 10 - Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 11 – Pytanie 1 – Pakiet 3 – Poz. 6: Czy Zamawiający dopuści pokrowiec sterylny na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 140cm, grubość folii- 50g/m², wzmocnienie w strefie krytycznej 30g/m²?



	A	B	C
Wymiar	140	60	80
Jednostka	cm	cm	cm

1 – chłonne wzmocnienie

2 – nieprzemakalna serwetka polietylenowa

Odpowiedź nr 11 - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 – Pakiet 3 – Poz. 7: Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

1 x serwetka samoprzylepna o wymiarach 150cm x 250cm, wzmocniona z wycięciem "U" o wymiarach 7cm x 70 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60 g/m² oraz warstwy chłonnej w strefie krytycznej o gramaturze 80 g/m², dodatkowo zintegrowana z organizatorami przewodów. Łączna gramatura serwetki w strefie krytycznej 140 g/m².

1 x serwetka wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odpowiedź nr 12 - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 – Pakiet 6 – Poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

1 x serwetka samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100cm x 150cm i gramaturze 30g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m²

1 x serwetka samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m²

2 x serwetka samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m²

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x wzmocniona osłona (serwetka) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 42 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 30 g/m² i wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 72 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serwetka wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

-Absorpcja 350% Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/120 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 85/70 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 130 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 600%.

Odpowiedź nr 13 - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14 – Pakiet 6 – Poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

1 x serwetka samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów.

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów.

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów.

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

-Absorpcja 350%. Odporność na rozzerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%.

Odpowiedź nr 14 - Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 15 – Pakiet 7 – Poz. 1: Czy Zamawiający dopuści bakteriobójczą folię w rozmiarze 40 x 34cm, rozmiar przylepny 40 x 28cm?

Odpowiedź nr 7 - Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 16– Pakiet 7 – Poz. 2: Czy Zamawiający dopuści bakteriobójczą folię w rozmiarze 60 x 52cm, rozmiar przylepny 60 x 46cm?

Odpowiedź nr 16 - Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 17 – Pakiet 7 – Poz. 1-2: Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź nr 17 - Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 18 – Pakiet 8 – Poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji ginekologicznych:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odporność na rozzerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Odpowiedź nr 18 - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19 – Pakiet 3, Poz. 1.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety operacyjnej o wymiarach 75 x 45 cm?

Odpowiedź nr 19 - Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 20 – Pakiet 3, Poz. 6.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca na stolik Mayo o wymiarach 145 x 80 cm z warstwą chłonną na powierzchni 85 x 76 cm, o gramaturze 24g/m² grubość folii zgodna z wymaganiami SIWZ?

Odpowiedź nr 20 - Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 21 – Czy Zamawiający określając czas realizacji dostaw miał na myśli dni robocze (przypadające od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)?

Odpowiedź nr 22 – Zamawiający ma na myśli dni robocze przypadające od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 22 – Par. 5 ust. 8: czy Zamawiający zgadza się zapisać, że zakaz ten nie obowiązuje w przypadku gdy opóźnienie w zapłacie przekracza 60 dni?

Odpowiedź nr 22 - Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 23 – Par. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odpowiedź nr 23 - Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 24 – Par. 6 ust. 1.3 i 1.3a: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby za odstąpienie od umowy kara umowna wynosiła 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy/niezrealizowanej części danego Pakietu?

Odpowiedź nr 24 - Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 25 – Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź nr 25 - Zamawiający nie wprowadza zmian.


Pytanie 26 – Pytanie 1 – Dotyczy pakietu nr 6: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga serwet głównych wykonanych z laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni.

Odpowiedź nr 26 – Zamawiający wymaga serwet głównych wykonanych z laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni.

Pytanie 27 – Pytanie 2 – Dotyczy pakietu nr 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów ginekologicznych w składzie:

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)

- 2 ręczniki do rąk
- 1 rzep 2,5 x 30 cm
- 1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 9 x 12 cm i torebką na płyn
- 1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 24 x 21 cm ze zintegrowanymi nogawicami
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)



Laminat dwuwarstwowy - 60g/m²

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H₂O

Pozostałe parametry zgodne/wyższe.

Odpowiedź nr 27 - Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 28 – Pytanie 3 – dotyczy Zapisów SIWZ: Prosimy o podanie ilości sztuk próbek, jakich Zamawiający będzie wymagał na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 2.

Odpowiedź nr 28: Zamawiający będzie wymagał próbki po 1 szt. z każdej pozycji.

Pytanie 29 – Pakiet nr 2 - pozycja nr 3.4: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych zestawów do endoprotezy stawu biodrowego spełniających wymagania SIWZ w których serwetki główne posiadają dodatkowo zamontowaną stokinę, która umożliwia wygodne, jednocześnie, bezpieczne, sterylne osłonięcie kończyn dolnych?

Odpowiedź nr 29 - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31 – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 pkt. 1) i 2) słowo opóźnienie zostało zastąpione słowem zwłoka?

Odpowiedź nr 31 - Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 32 – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 pkt. 3) i 3a) zmniejszyć karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy do wysokości 10% wartości brutto odpowiednio niezrealizowanej części umowy/ danego Pakietu?

Odpowiedź nr 32 - Zamawiający nie wprowadza zmian.

UZUPEŁNIENIE

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający w Formularzu cenowym Załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet 2poz. 3 i 4 zmienia ilość z 25kpl. na 10 kpl.

ZATWIERDZAM

*Z - ca Dyrektora
ds. Administracyjno- Ekonomicznych
Szpitala Specjalistycznego w Jasle
mgr Zbigniew Betlej*

Załącznik:

1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy – po zmianach.

Otrzymują:

1. zamieszczono na stronie internetowej www.szpital.jaslo.pl
2. a/a