



Znak sprawy: PN/ 11 / 2020

Jasło, dn. 2020-03-17

**ODPOWIEDŹI
na zapytania dotyczące treści SIWZ**

***dot. przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku
dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle***

Informujemy, że w postępowaniu przetargowym otrzymaliśmy od Wykonawców następujące pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Skład:

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

1 osłona na kończynę 36 x 120 cm

1 serweta 100 x 150 cm

1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Materiał serwet głównych laminat 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni (grubość folii 33µm) o gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m2. Całkowita gramatura w części chłonnej 140g/m2

Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 168/168 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O.

Chłonność 458% w części podstawowej, 990% w części chłonnej

Odpowiedź nr 1 - Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

Skład:

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm

1 serweta 150 x 190 cm, dwuwarstwowa na całej powierzchni

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Materiał serwety głównej: laminat 3 warstwowy na całej powierzchni PP+PE+PP (grubość folii 33µm) o gramaturze 75 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m2. Całkowita gramatura w części chłonnej 155g/m2

Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 290/314 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O.

Chłonność 458% w części podstawowej, 990% w części chłonnej

Odpowiedź nr 2 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 5 pokrowca na nogi wykonanego z nieprzemakalnego, elastycznego kratonu (materiał podobny do neoprenu) z wewnętrzną warstwą gazy dzianej. Wymiar: 30x120cm. Sterylny, pakowany pojedynczo z dwoma taśmami przylepnymi 9x50cm?

Odpowiedź nr 3 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 6 taśmy samoprzylepnej o wymiarach 9x50cm?

Odpowiedź nr 4 - Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Skład:

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Materiał serwety głównej: laminat 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni (grubość folii 33µm) o gramaturze 60 g/m² w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m². Całkowita gramatura w części chłonnej 140g/m²

Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 168/168 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H₂O.

Chłonność 458% w części podstawowej, 990% w części chłonnej

Odpowiedź nr 5 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

Skład:

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Materiał serwety głównej: laminat 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni (grubość folii 33µm) o gramaturze 60 g/m² w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m². Całkowita gramatura w części chłonnej 140g/m²

Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 168/168 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H₂O.

Chłonność 458% w części podstawowej, 990% w części chłonnej

Odpowiedź nr 6 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 niżej opisanego zestawu?

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)

2 ręczniki do rąk

1 rzep 2,5 x 30 cm

1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 9 x 12 cm i torebką na płyny

1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 24 x 21cm ze zintegrowanymi nogawicami

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Materiał serwet głównych: laminat 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni (grubość folii 33µm) o gramaturze 60 g/m² w części podstawowej

Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 168/168 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H₂O.

Chłonność 458% w części podstawowej.

Odpowiedź nr 7 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 – Pakiet 7 - Czy Zamawiający Wymaga zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzenia bakteriobójczości folii chirurgicznej poprzez dołączenie do oferty Deklaracji Zgodności dla wyrobu medycznego klasy III wraz z certyfikatem Jednostki Notyfikowanej potwierdzającym klasyfikację.

Odpowiedź nr 8 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 – Pakiet 7 - Czy zamawiający wymaga potwierdzenia bakteriobójczości wyrobu wykazem opublikowanych badań klinicznych na pacjentach?

Odpowiedź nr 9 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 - do Pakietu nr 8 pkt 1: Prosimy o dopuszczenie następującego zestawu do operacji ginekologicznych :

Skład zestawu:

1 x Serweta na stół instrumentalny 140 x 190cm, laminowana jednostronnie grubą, niebieską folią PE. Włóknina typu SMS o wymiarze 190 x 100cm. Serweta stanowi owinięcie zestawu.

1 x Serweta ginekologiczna 250 x 315cm z zintegrowanymi nogawicami, otworem krocowym przylepnym 10x16 cm, zbiornikiem do przechwytywania płynów wyposażonym w zawór odprowadzający. Serweta wykonana z włókniny bilaminowanej – warstwy włókniny Spunbond o gramaturze 33g/m² oraz warstwy niebieskiej folii PE o gramaturze 22g/m², połączonych warstwą kleju o gramaturze 2g/m². Łączna waga serwety to 60g/m², chłonność 250% masy własnej.

1 x Serweta pod pośladki 75 x 90cm.

1 x Taśma samoprzylepna 10 x 50cm o gramaturze 45g/m².

2 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm, wykonany z gofrowanej celulozy.

Odpowiedź nr 10 - Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11 - Pakiet 2 – Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu składającego się z:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wzmocnienie o wymiarze 50cm x 80cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m². Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Odpowiedź nr 11 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12 - Pakiet 2 – Poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do artroskopii:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m². Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Odpowiedź nr 12 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 - Pakiet 2 – Poz. 5: Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na nogi o absorpcji cieczy 350%?

Odpowiedź nr 13 – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 - Pakiet 2 – Poz. 5: Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na nogi w rozmiarze 35 x 120cm z dodatkową taśmą lepną 10 x 50cm?

Odpowiedź nr 14 – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 - Pakiet 2 – Poz. 5: Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na nogi w rozmiarze 70 x 120cm pakowany a'2szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź nr 15 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16 - Pakiet 3 – Poz. 1-5,8: Prosimy o dopuszczenie serwety dwuwarstwowej o gramaturze 40g/m², spełniającej wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013.


Obłożenia chirurgiczne i/lub wyroby medyczne, stosowane są m.in. w celu zapewnienia czystej mikrobiologicznej strefy roboczej wokół rany oraz w celu zmniejszenia przenoszenia flory bakteryjnej skóry pacjenta do rany. Wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013 w tym: odporność na przenikanie drobnoustrojów oraz odporność na penetrację cieczy na poziomie >100 cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho– 50kPa, zapewniają wysokie bezpieczeństwo oraz ochronę pacjenta, jak również wpływają na zminimalizowanie zakażeń i infekcji. Chcemy nadmienić, że serwety dwuwarstwowe o gramaturze 40 g/m² wykonane są z wysokochłonnego polipropylenu typu spunlace oraz nieprzemakalnej

folii polietylenowej, co także wpływa na barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla pacjenta.

Nadrzędnym celem produkcji wyrobów medycznych jest wytwarzanie ich w taki sposób aby stosowanie ich nie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów. Ta dbałość została zachowana, gdyż mimo niższej gramatury serwety dwuwarstwowe 40g charakteryzują się podwyższonym poziomem wymagań użytkowych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet dwuwarstwowych o gramaturze 40 g/m².

Odpowiedź nr 16 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17 - Pakiet 3 – Poz. 6: Czy Zamawiający dopuści pokrowiec sterylny na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 140cm, grubość folii- 50g/m², wzmocnienie w strefie krytycznej 30g/m²?



	A	B	C
Wymiar	140	60	80
Jednostka	cm	cm	cm

1 – chłonne wzmocnienie

2 – nieprzemakalna serweta polietylenowa

Odpowiedź nr 17 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18 - Pakiet 3 – Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 250cm, wzmocniona z wycięciem "U" o wymiarach 7cm x 70 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60 g/m² oraz warstwy chłonnej w strefie krytycznej o gramaturze 80 g/m², dodatkowo zintegrowana z organizatorami przewodów. Łączna gramatura serwety w strefie krytycznej 140 g/m².

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odpowiedź nr 18 - Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19 - Pakiet 6 – Poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m²

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 150 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 180 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 90 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/120 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 85/70 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 130 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 600%.

Odpowiedź nr 19 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20 - Pakiet 6 – Poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

Zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 30 cm x 80 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm
- 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m². Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Odpowiedź nr 20 - Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21 - Pakiet 7 – Poz. 1: Czy Zamawiający dopuści bakteriobójczą folię w rozmiarze 40 x 34cm, rozmiar przylepny 40 x 28cm?

Odpowiedź nr 21 - Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22 - Pakiet 7 – Poz. 2: Czy Zamawiający dopuści bakteriobójczą folię w rozmiarze 60 x 52cm, rozmiar przylepny 60 x 46cm?

Odpowiedź nr 22 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23 - Pakiet 7 – Poz. 1-2: Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź nr 23 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24 - Pakiet 8 – Poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji ginekologicznych:

Zestaw serwet do operacji ginekologicznych:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończy, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m². Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Odpowiedź nr 24 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25 - Pakiet 9: Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odpowiedź nr 25 – Zamawiający dopuszcza próbki niesterylne.

Pytanie nr 26 - Pakiet 9 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

1	Serweta samoprzylepna 200cm x 320cm z otworem 25cm x 30cm wypełnionym folią chirurgiczną oraz torbą do zbiórki płynów 75cm x 85cm z portami do podłączenia drenów
4	Serwetka chłonna/ ręcznik do rąk
1	Taśma chirurgiczna 10cm x 50cm włókninowa, przylepna
1	Serweta włókninowa dla noworodka 75cm x 80cm
1	Serweta na stół Mayo 140cm x 80cm , wzmocniona, czerwona
1	Serweta na stół do instrumentarium 150cm x 190cm
1	Torebka na płyny 30cm x 40cm lub na narzędzia chirurgiczne, dwukomorowa
4	Serweta oper.z gaz.17N 4W 45 cm x 70 cm z nitką rtg i tasiemką
40	Kompres gaz. 17N 16W 10cmx10cm z nitką RTG
1	Dren do odsysania pola operacyjnego (dł.300cm CH24, lejek-lejek)
1	Końcówka do odsysania pola operacyjnego bez kontroli siły ssania (Yankauer, CH 21, 4 otwory boczne
2	Miseczka 120 ml
1	Licznik igieł na 30 szt., z podwójnym magnesem, z usuwaczem ostrzy, czerwony
1	Taśma chirurgiczna 2cm x 22cm typu rzep
2	Fartuch chirurgiczny STANDARD PLUS 35g rozm. L z wstawkami nieprzemakalnymi
2	Fartuch chirurgiczny STANDARD PLUS 35g rozm. XL z wstawkami nieprzemakalnymi

Odpowiedź nr 26 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27 - Pakiet 9, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści "zestaw do zdejmowania szwów, sterylne, w składzie:

3 x tupfer gazowy

1 x skalpel 6,5 cm (+/-0,5cm), zakrzywione ostrze;

1 x pęseta plastikowa 12,5 cm (+/-0,5cm);

1 x pęseta metalowa anatomiczna typu Adson 12 cm (+/-0,5cm)

Opakowanie folia-papier

Odpowiedź nr 27 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28 - Pakiet 9, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

1	serweta chirurgiczna 2-warstwowa, z warstwą celulozową	50cm x 50cm
1	serweta chirurgiczna 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym	45cm x 45cm, otwór: śr. 6cm
6	tupfer gazowy	20cm x 20cm
1	pęseta ADSON, metalowa	dł. 12cm
1	chwytak do tamponów (Kocher, Pean), plastikowy	dł. 14cm
1	igłotrzymacz MAYO-HEGAR, metalowy	dł. 15cm
1	nożyczki ostre/ostre, metalowe	dł. 15cm
1	strzykawka trzyczęściowa	poj. 10ml, Luer
1	igła iniekcyjna	0,8mm x 40mm
1	igła iniekcyjna	1,2mm x 40mm

Opakowanie folia-papier, igły i strzykawka pozbawione opakowań indywidualnych

Odpowiedź nr 28 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 29 - Pakiet 9 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści zestaw dla noworodka sterylne, w składzie:

kocyk flanelowy 100% bawełna 160x75cm (+/-5cm) o gramaturze (min. 134g/m²),

czapeczka 100% bawełna o gramaturze (min. 165g/m²), 12x10cm (+/-2cm),

serweta kompresowa do otarcia noworodka 80x60cm (+/-5cm) o gramaturze (min. 40g/m²),

chłonność poniżej 900%

podkład chłonny z pulpy celulozowej 60x60cm (+/-5cm).

Centymetr do mierzenia.

Opak. folia-papier, zawiera etykietę z identyfikacją wyrobu (nazwa zestawu, numer katalogowy i skład) oraz min. 2 naklejki do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź nr 29 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 30 - Pakiet 9, poz. 6: Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu sterylne w składzie:

1	Serweta chirurgiczna 90cm x 150cm (SMS)
1	Podkład chłonny 60cm x 60cm
1	Serweta włókninowa dla noworodka 75cm x 80cm
1	Czapeczka dla noworodka
1	Kocyk flanelowy we wzory 160cm x 75cm
1	Zaciskacz do pępowiny
1	Fartuch chirurgiczny STANDARD, rozm. L

Odpowiedź nr 30 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31 - Pakiet 1, Poz. 1.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety operacyjnej o wymiarach 100x150 z otworem 9x11 o gramaturze 56g/m2 i absorpcji 570%?

Odpowiedź nr 31 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32 - Pakiet 1, Poz. 2.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety operacyjnej o gramaturze 56g/m2 i absorpcji 570%, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź nr 32 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33 - Pakiet 1, Poz. 3.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety operacyjnej o wymiarach 240x150 z wycięciem U 67x7 o gramaturze 56g/m2 i absorpcji 570%?

Odpowiedź nr 33 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34 - Pakiet 1, Poz. 4.: Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na ramię C 183x104?


Odpowiedź nr 34 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35 - Pakiet 6, Poz. 1.: czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m2, chłonności 570%, odporności na penetracje płynów min. 250cmH2O, wytrzymałości na rozerwanie 150kPa o składzie:

serweta z przylepcem	1	Gramatura : 56 g/m2	240x150
serweta z przylepcem	1	Gramatura : 56 g/m2	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	Gramatura : 56 g/m2	90x75
taśma medyczna	1		50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stół Mayo	1	z warstwą chłonną 85x76cm	145x80
serwetki do rąk	2		40x20

Odpowiedź nr 35 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36 - Pakiet 8, Poz. 1.: czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m2, chłonności 570%, odporności na penetracje płynów min. 250cmH2O, wytrzymałości na rozerwanie 150kPa o składzie:




Opis składnika	Ilość
POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI	1
TAŚMA MEDYCZNA 9X50CM PRZYL	1
SERWETA dwuwarstwowa 200X150CM	1
SERWETKA CELULOZOWA 50X40CM	2
SERWETA dwuwarstwowe 245X180CM z otworem 15X10 przylepnym zintegrowane nogawice	1

Opakowanie: Torebka Papierowo-Foliowa

Odpowiedź nr 36 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37 - Pakiet 8, Poz. 1.: czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m2, chłonności 570%, odporności na penetracje płynów min. 250cmH2O, wytrzymałości na rozerwanie 150kPa o składzie:



Opis składnika

Ilość

- TAŚMA MEDYCZNA 9X50CM PRZYL 1 szt.
- SERWETA dwuwarstwowa 90X75CM 1 szt.
- SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM 1 szt.
- SERWETKA CELULOZOWA 40X30CM 4 szt.
- SERWETA dwuwarstwowa 245X180CM z otworem 10X15 zintegrowane nogawice worek na płyny 1 szt.

Opakowanie: Torebka Papierowo-Foliowa

Odpowiedź nr 37 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 38 - Pakiet 9, poz. 1-2, 4: czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego pakietu takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert?

Odpowiedź nr 38 – Zamawiający wydzieli z Pakietu 9 poz. 1,2,4 i dodaje do Pakietu 2 jako poz. 7,8,9.

Pytanie nr 39 - Pakiet 9, Poz. 1.: czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m2, chłonności 570%, odporności na penetracje płynów min. 250cmH2O, wytrzymałości na rozerwanie 150kPa o składzie:

serweta T z workiem, folią chirurgiczną	1	Gramatura 56 g/m2	325x250	Z otworem 35x32cm
podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic	1		90x60	
serweta na stół instrum.	1		190x150	
serweta na stolik Mayo	1		145x80	
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20	

Odpowiedź nr 39 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 40 - Pakiet 9, Poz. 1.: czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m2, chłonności 570%, odporności na penetracje płynów min. 250cmH2O, wytrzymałości na rozerwanie 150kPa o składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy 150x190cm ze wzmocnieniem 66x190cm o gramaturze 84g/m2
- 1 serweta do cesarskiego cicia z otworem 35x32 cm,
- 1 serweta włókninowa dla noworodka 120x60cm,
- 10 serwet gazowa z nitką RTG 6 warstwowa 17 nitkowa,

Bez kieszeni przylepnej, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź nr 40 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 41 - Pakiet 9, Poz. 2: czy Zamawiający dopuści zestaw do zdejmowania szwów o składzie:

- 6szt. tupperów gazowych kula 20x20cm
- 1szt. peseta plastikowa 13cm,
- 1szt. ostrze chirurgiczne 11cm

Odpowiedź nr 41 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 42 - Pakiet 9, Poz. 2: czy Zamawiający dopuści zestaw do zdejmowania szwów o składzie:

- 6szt. tupperów gazowych kula 20x20cm
- 1szt. peseta plastikowa 13cm,
- 1szt. ostrze chirurgiczne 11cm
- 2 szt. rękawiczki zabiegowe lateksowe niepodrzwane


Odpowiedź nr 42 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 43 - Pakiet 9, poz. 4: czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia lędźwiowego o poniższym składzie:

serweta z laminatu FB celulozowo-polietylenowa	75x45cm	1
serweta dwuwarstwowa 56g/m2 50x60cm z otworem 10cm	50x60cm;Ø10cm	1
strzykawka 3ml	3ml	1
strzykawka 5ml Luer Lock	5ml	1
igła 1,2x40mm	1,2x40mm	1
igła 0,5x25mm	0,5x25mm	1
kompres z włókniny 30 gram, 4W	7,5x7,5cm	10
Opatrunek Fixopore S	5x7,2cm	1
penseta plastikowa	13 m	1

Odpowiedź nr 43 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 44 - Pakiet 9, poz. 4: czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia lędźwiowego o poniższym składzie:




Opis składnika	Ilość
TUPFER A 17Nitkowy 20X20CM	6 szt.
OPATRUNEK WYSP FIXOPORE S 5X7,2CM	1 szt.
IGŁA INIEKCYJNA 22G X 1 I 1/4 (0,7X30MM)	1 szt.
SERWETA z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej 90X75CM Ø8 PRZYL 75CM	1 szt.
SERWETA polipropylenowa typu SMS 90X75CM	1 szt.
STRZYKAWKA PLAST 2CZ 5ML LN TBIAL X	1 szt.
KLESZCZYKI PLAST PEAN 13CM NIEBIESKI	1 szt.

Opakowanie: Torebka Papierowo-Foliowa

Odpowiedź nr 44 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 45 - Pakiet 9, poz. 4:czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia lędźwiowego o poniższym składzie:



Opis składnika	Ilość
KOMPRES Z GAZY 17Nitkowe 7,5X7,5CM 8W	5 szt.
TUPFER A 17Nitkowe 20X20CM	6 szt.
OPATRUNEK WYSP FIXOPORE S 5X7,2CM	1 szt.
IGŁA INIEKCYJNA 18G X 1 1/2 (1,2X40MM)	1 szt.
IGŁA INIEKCYJNA 25G X 1 (0,5X25MM)	1 szt.
KOMPRES WŁÓKNINOWY 30G 4W 7,5X7,5CM	5 szt.
SERWETA dwuwarstwowa 90X75CM	1 szt.
SERWETA dwuwarstwowa 60X50CM PRZYL 50	1 szt.
STRZYKAWKA PLAST 2CZ 5ML LN TBIAL X	1 szt.
STRZYKAWKA PLAST 2CZ 2ML LC TBIAL X	1 szt.
KLESZCZYKI PLAST PEAN 13CM NIEBIESKI	1 szt.

Opakowanie: TWARDY BLISTER

Odpowiedź nr 45 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 46 - Pakiet 9, poz. 6: czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu z podkładem chłonnym 60x60cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź nr 46 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 47 - Pytania do projektu umowy: Czy Zamawiający określając czas realizacji dostaw miał na myśli dni robocze (przypadające od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)?

Odpowiedź nr 47 – Dni robocze zgodnie z Kryterium nr 2: Termin dostawy częściowej.

Pytanie nr 48 - Pytania do projektu umowy: Par. 5 ust. 8: czy Zamawiający zgadza się zapisać, że zakaz ten nie obowiązuje w przypadku gdy opóźnienie w zapłacie przekracza 60 dni?

Odpowiedź nr 48 –Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 49 - Pytania do projektu umowy: Par. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odpowiedź nr 49 –Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 50 - Pytania do projektu umowy: Par. 6 ust. 1.3 i 1.3a: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby za odstąpienie od umowy kara umowna wynosiła 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy/niezrealizowanej części danego Pakietu?

Odpowiedź nr 50 –Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 51 - Pytania do projektu umowy: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź nr 51 - Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 52 - Pakiet 5, poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

Osłona na stolik narzędziowy 152x190 cm, 50µm zawiera:

- 2 ręczniki do rąk 34x36 cm, rozłożone
- 1 osłonę na stolik Mayo 80x142 cm, ze wzmocnieniem 55x88 cm
- 1 serwetę z bilaminatu 150x150 cm
- 1 serwetę do operacji ręki SMMS 196x373 cm, ze wzmocnieniem 52x111 cm, z elastycznym otworem o średnicy Ø 3cm, z 4 uchwytami na przewody, z przedłużeniem stołu

Sterylny zestaw do chirurgii ręki wykonany z min. 2-warstwowej paroprzepuszczalnej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m², w strefie krytycznej ze wzmocnieniem min.115 g/m². Odporność na penetrację płynów (min. 200 cm H₂O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min. 151 kPa, absorpcja min. 400%. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź nr 52 - Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 53 - Pakiet 5, poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

1 x serweta na stolik narzędziowy 152 x 190 cm

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x taśma przylepna 10 x 50 cm

1 x serweta 221 x 328 cm, z samouszczelniającym się elastycznym otworem Ø 4 cm, ze wzmocnieniem wokół otworu 67 x 140 cm ze sztucznego jedwabiu (poliester + wiskoza), 4 uchwyty na przewody typu rzep. Serweta wykonana z wielowarstwowej, paroprzepuszczalnej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m², w strefie krytycznej ze wzmocnieniem min.115 g/m². Odporność na penetrację płynów (min. 200 cm H₂O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min. 151 kPa, absorpcja min. 400%. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem

Odpowiedź nr 53 - Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 54 - Pakiet 2 Poz. 1 – Czy można zaoferować obłożenie do artroskopii barku o następującym składzie:

1 serweta 80 cm x 100 cm (owinięcie zestawu)

1 serweta na stolik Mayo Lite 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 foliowa taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 260 cm x 225 cm z samoprzylepnym wycięciem "U" 10 cm x 100 cm

Zestaw wykonany z włókniny o zdolności absorpcji cieczy wynoszącej 340%.

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odpowiedź nr 54 - Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 55 - Pakiet 2 Poz. 2 – Czy można zaoferować zestaw do protezy kolana o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów, z padem chłonnym w rozmiarach 100cm x 50cm

Zestaw wykonany z włókniny o zdolności absorpcji cieczy wynoszącej 370%.

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odpowiedź nr 55 - Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 56 - Pakiet 2 Poz. 5 – Czy można zaoferować pokrowce na kończynę o wymiarach 32 x 120 cm z 2 foliowymi taśmami samoprzylepnymi 10 cm x 50 cm wykonane z termoplastycznej folii elastomerowej oraz elastycznej bielonej dzianiny? Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795.

Odpowiedź nr 56 - Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 57 - Pakiet 2 Poz. 6 – Czy można zaoferować taśmy samoprzylepne w rozmiarach 9cm x 50cm?

Odpowiedź nr 57 – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58 - Pakiet nr 5_Poz. 1 - Czy można zaoferować zestaw chirurgii ręki o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma włókninowa samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta operacyjna na kończynę wzmocniona (gramatura wzmocnienia 109,5g/m²) w kształcie litery "T" 270/200 cm x 335 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm , dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz osłonami podpórek kończyn górnych, o gramaturze obszaru wzmocnionego wynoszącej 109,5g/m²

Zestaw wykonany z włókniny o zdolności absorpcji cieczy wynoszącej 370%.

Odpowiedź nr 58 - Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 59 - Pakiet nr 5_Poz. 2 – Czy można zaoferować zestaw do chirurgii dłoni/stopy o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm 1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów, z padem chłonnym w rozmiarach 50cm x 100cm o gramaturze 109,5g/m².

Zestaw wykonany z włókniny o zdolności absorpcji cieczy wynoszącej 370%.

Odpowiedź nr 59 - Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 60 - Pakiet nr 2 - pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu z serwetą 140 x 190 cm (zamiast min. 175 x 150cm)?

Odpowiedź nr 60 – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61 - Pakiet nr 9 - pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o chłonności 135 ml/m², tj. 450%?

Odpowiedź nr 61 – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62 - Pakiet nr 9 - pozycja nr 1: Czy w dobie problemów z epidemią i utrudnieniu w dostarczaniu przesyłek Zamawiający odstąpi od obowiązku dostarczenia próbek?

Odpowiedź nr 62 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 63 - Pakiet nr 9 - pozycja nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie niejałowych próbek?

Odpowiedź nr 63 – Zamawiający dopuszcza próbki niesterylne.

Pytanie nr 64 - Pakiet nr 9 - pozycja nr 5 i 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji o nr 5 i 6 z pakietu nr 9, co zwiększy możliwość złożenia większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odpowiedź nr 64 – Zamawiający wydzieli z Pakietu 9 poz. 1,2,4 i dodaje do Pakietu 2 jako poz. 7,8,9.

Pytanie nr 65 - Zapisy dotyczące projektu umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust 1 pkt. 1) i 2) słowo opóźnienie zostało zastąpione słowem zwłoka?

Odpowiedź nr 65 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 66 - Zapisy dotyczące projektu umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust 1 pkt. 3) i 3a) zmniejszyć karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy do wysokości 10% wartości brutto odpowiednio niezrealizowanej części umowy/ danego Pakietu?

Odpowiedź nr 66 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 67 - WZÓR UMOWY

Wnosimy o wprowadzenie do umowy przetargowej nowego paragrafu regulującego skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

Siła Wyższa

1. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także

innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

3. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
5. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
6. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienia ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

Odpowiedź nr 67 – Zamawiający nie wprowadza zmian.

ZATWIERDZAM

***Z - ca Dyrektora
ds. Administracyjno- Ekonomicznych
Szpitala Specjalistycznego w Jasle
mgr Zbigniew Betlej***

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - FORMULARZ CENOWY po zmianie

Otrzymują:

1. zamieszczono na stronie internetowej www.szpital.jaslo.pl
2. a/a