



SZPITAL SPECJALISTYCZNY w JAŚLE



ISO 9001:2015
9122.SZPI

Znak sprawy: ZO/28/2023

Jasło, dn. 2023-07-07

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

*dot. zapytania ofertowego na dostawę oprzyrządowania do diatermii firmy ERBE
dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle.*

Informujemy, że w postępowaniu otrzymaliśmy od Wykonawców następujące pytania:

Pytanie 1: Poz. 8 i Poz. 11.

Prosimy o wydzielenie pozycji 8 i 11, gdyż zwiększy to konkurencyjność składanych ofert.

Odpowiedź 1: Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 2: Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie kabla do pincet bipolarnych o dł. 5 m.

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3: Poz.2

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 5m.

Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza


Pytanie 3: Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 5 m.

Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4: Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie elektrody nożowej prostej o wymiarach 3,2 x 26 mm.



Odpowiedź 4: Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 5: Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie elektrody szpatułkowej o wymiarach 22,5 x 2,8 mm.



Odpowiedź 5: Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 6: Poz. 10

Prosimy o wskazanie czy chodzi o końcówkę 1,0 mm czy 0,2mm.

Odpowiedź 6: Zamawiający wymaga końcówki 1-1,2mm

Pytanie 7: Poz. 12

Prosimy o dopuszczenie czyścików pakowanych pojedynczo.

Odpowiedź 7: Zamawiający dopuszcza, wtedy w kolumnie ilość szt. należy wpisać 100 szt.

Zamieszczono:

http://bip.szpital.jaslo.pl/Zamowienia_publiczne_ponizej_30_tys_euro

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Ekonomicznych
Szpitala Specjalistycznego w Jasle

mgr Zbigniew Bellej